

Prot. n. 2021/2396

MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.p.A.

**Servizio di manutenzione full-risk delle apparecchiature radiologiche del
Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.**

LETTERA DI INVITO

OGGETTO: “Servizi pluriennali di manutenzione full-risk delle apparecchiature radiologiche del Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.”– Richiesta di offerta

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE

06 Dicembre 2021

Servizio Risorse strutturali e tecnologiche
Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO) Italy
Tel. +39 0542.632811 – Fax +39 0542.632805

Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.
Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO) Italy
Tel. +39 0542.632811 - Fax +39 0542.632805
www.montecatone.com - info@montecatone.com
N. Registro delle imprese, P.IVA e Cod. Fisc. 01789031208 R.e.a.
BO n. 388962
Capitale Sociale €4.644.000,00 i.v
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte
dell'Azienda USL di Imola

Facendo seguito ad indagine di mercato relativa al servizio di manutenzione full-risk delle apparecchiature radiologiche del Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. - Prot. n.2021/1909 del 21/09/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Federico Lorenzini, Coordinatore del Servizio Risorse Strutturale e Tecnologiche del Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.

INVITA

Codesta Impresa, qualora interessata, a presentare offerta per i servizi di cui all'oggetto, secondo le modalità contenute nella presente lettera di invito.

OGGETTO DEL SERVIZIO:

Apparecchiature oggetto di manutenzione:

- Generatore e tavolo di comando Program HF/UF
- Tavolo porta paziente M.T. Medical Technology s.rl. ET8520
- Teleradiografo con potter 35x43 NT43 Mecall Telent 43
- Esposimetro Automatico B3 Comet
- Stativo a colonna TUBESTAND ET M.T Medical Technology s.r.l. Model TS7607
- Complesso tubo guaina DUNLEE 22/60
- Portatile per radioscopia SELENIX HF
- Portatile per radiografia TMS 300R
- Detettore Carestream DRX Plus 3543
- Sistema CR Mod. Classic

La Ditta dovrà impegnarsi a fornire, incluso nel canone, la copertura "full-risk omnicomprensiva" per la manutenzione ed assistenza tecnica delle apparecchiature per radiologia in oggetto.

Durata del contratto:

- 4 anni;

Requisiti minimi richiesti:

- Esecuzioni delle manutenzioni preventive comprensive di controlli di sicurezza elettrica secondo le norme CEI e secondo le periodicità e i protocolli indicati nel manuale dell'apparecchiatura;
- Esecuzione, almeno due volte l'anno, del controllo di qualità comprovato da un documento che ne accerti lo standard qualitativo della medesima (specificare quante volte l'anno);
- Numero illimitato di chiamate per la manutenzione correttiva nonché tutte le operazioni necessarie al completo ripristino del funzionamento dell'apparecchiatura in seguito a



segnalazioni di malfunzionamenti o rotture avvenute durante il normale utilizzo, con l'obbligo di riparare il guasto limitando al massimo il fermo macchina e comunque in tempi non superiori a quanto sotto indicato;

- Assistenza tecnica e monitoraggio da remoto, ove applicabile, per garantire continuità operativa;
- Fornitura a titolo gratuito, dell'aggiornamento hardware e software continuativo per evitare problemi di obsolescenza, secondo le indicazioni del produttore;
- Tutti i ricambi inclusi, così come dovranno essere inclusi tutti gli eventuali materiali usurabili (filtri, parti non monouso, kit di manutenzione, cavi, eventuale materiale di calibrazione, etc...); le parti di ricambio dovranno essere originali e marchiate CE;
- Inclusione di ogni spesa per il personale tecnico dedicato, che dovrà essere qualificato e preparato per operare su tali apparecchiature;
- Gli interventi di riparazione dovranno avvenire entro le due ore lavorative dall'ora della segnalazione del guasto da parte dell'Unità Operativa utilizzatrice dell'apparecchiatura. La riparazione dovrà essere garantita entro 3 gg. lavorativi dalla chiamata. Il numero dei giorni di fermo macchina non potranno superare i 10 gg. lavorativi complessivi/annui (comprensivi delle manutenzioni preventive, dei controlli di qualità e della verifiche di sicurezza).

Caratteristiche del portatile da fornire in service:

- Movimento motorizzato su ruote con sistema con sistema anticollisione
- Possibilità di accedere direttamente al RIS dalla consolle per modifiche o integrazioni dati esami anche fuori dalla radiologia
- Sistema dotato di colonna collassabile per una massima visuale e sicurezza durante il trasporto
- Potenza massima di almeno 30Kw
- Completo di detettore formato 35x43
- Il detettore deve essere compatibile con il sistema DRX1 già in dotazione per garantire una continuità operativa
- Dimensione del pixel inferiore a 140 micron
- Elevato grado di protezione ai liquidi
- Dotato di n°3 batterie
- Possibilità di sostituire la batteria senza lo spegnimento del detettore.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI E/O SOPRALLUOGHI

Le eventuali richieste di chiarimenti, di incontri/sopralluoghi od osservazioni che la Ditta ritenga di presentare dovranno essere inviate contestualmente, cioè tramite mail co-indirizzata, a:

- Dott. Federico Lorenzini, e-mail: lorenzini@montecatone.com
- Geom. Francois Bigarini, e-mail: francois.bigarini@montecatone.com

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Le offerte dovranno essere presentate utilizzando il modulo "Offerta economica" – Allegato A e dovranno pervenire **entro il 06 Dicembre 2021** a questa Stazione Appaltante esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo serviziotecnico@montecatone.postecert.it

Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.

Il Servizio Risorse Strutturali Tecnologiche

Allegati:

- **Allegato A)**: Modulo Offerta economica;